

التاريخ : 21/01/2025م

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11774**السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .**

الموضوع: Plasma Bipolar Device مقابل شراء المواد التشغيلية الخاصة به على نظام ال **Lease** ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الأسعار للمستهلكات اللازمة لتشغيل الجهاز بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح وتشمل قيمة الضريبة المضافة.
2. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر.
3. أن يحتوي عرض السعر قائمة بجميع الفحوصات التي يمكن إجراؤها على الجهاز خصوصاً الفحوصات المرفقة في جدول العطاء بالإضافة إلى أسعار وأحجام جميع المستهلكات اللازمة لتشغيل الجهاز.
4. الالتزام بتأمين مستهلكات الجهاز دون أي تأخير يؤدي إلى تعطيل العمل وتثبيت أسعارها لمدة 5 سنوات.
5. الالتزام بتأمين صيانة الجهاز الدورية والطارئة وحسب تعليمات الشركة المصنعة مجاناً ولمدة 5 سنوات وتشمل قطع الغيار وأجور العمل.
6. تؤول ملكية جهاز ال **Plasma Bipolar Device** لمستشفى النجاح الوطني الجامعي بعد إنقضاء مدة خمسة سنوات على استخدام الجهاز .
7. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
8. الالتزام بتدريب العاملين على الجهاز .
9. تلتزم الشركة الراغبة بالمشاركة بتخفيض سعر المستلزمات إذا تم تخفيض أسعارها عالمياً .
10. ضرورة أن يشمل عرض السعر عرضاً فنياً وعرضاً مالياً وأن يتم توضيح (**سعة التعينة**) لكل بند يتم تسعيره .
11. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
12. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي **بالظرف المختوم فقط** وتوضع في صندوق العطاءات .
13. المستشفى غير ملزمة بأقل الأسعار .
14. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
15. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
16. **آخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الإثنين الموافق 2025-01-27 الساعة الثالثة مساءً 15:00 pm .**
17. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه , يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

أياد المكاوي

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11774
جدول الأسعار والكميات :

No.	NNUH#	Item	QTY	Unit	Code + Brand name	Unit Price (Nis)	Total Price (Nis)
1	G-A-MDQ01326	Plasma Bipolar Device حسب المواصفات المرفقة	1	Pcs			
-	Total Price (Nis)		-	-			

حسب المواصفات الفنية المدرجة في الورقة رقم 3

1	إسم الشركة
2	الختم
3	التوقيع والإسم
4	معلومات الإتصال
5	مدة التوريد
6	مدة الكفالة إن وجدت

Plasma bipolar device, Qty.: 1	Compliance Yes/No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should have CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Should has ISO 13485 certification for medical devices		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Please make two offers. one on lease system, while the other on purchasing system		
Plasma bipolar device Specification:		
State of the art technology, the latest version, and the best technology from the manufacturer		
For urology procedures		
Electrosurgical generator enable the high system performance and superior PLASMA ignition		
With safety features, Please specify?		
Precise cutting and coagulation		
Immediate PLASMA ignition and continuous activation		
Fast ignition and PLASMA stability without tissue contact		
Variety of treatment options for each individual patient:		
· Resection		
· Vaporization		
· Enucleation		
Handle compatible with storz set		
With footswitch		
AC input: 220V, 50Hz		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Training included:		
Operation training for the staff must be provided on-site		
Optional to be priced separately:		
List price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		





All electrodes, all size, give us a list of price		
Thin loop		
Thick loop		
Ball electrode		
enucleation electrode		
Vaporization electrode		
Needle electrode		
Straight electrode		

Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the machine.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates and ISO 13485 certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		

Warranty: 3 years, including the calibration, software upgrade, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.		
Preventive maintenance should be done as per the manufacturer's recommendations, all parts including PM kits to be replaced during the warranty period will be the responsibility of the supplier to provide on his own account. A schedule of the PM visits should be submitted to the hospital biomedical engineering dep.		
Hardware (service) keys, software passwords, website account or any means needed to grant the hospital engineer full access to all service functionalities are the right of the hospital and should be delivered with the equipment, and should as well be valid throughout the whole lifetime of machine.		jm



طرح عطاء

يعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11774 والخاص بـ Plasma Bipolar Device على نظام ال Lease على الشركات المتخصصة والراغبه بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض اسعارها في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 2025/01/27 الساعة الثالثة مساءً PM 03:00 .

#	رقم العطاء	موضوع العطاء	ثمن نسخة العطاء	موعد الطرح	وقت الإغلاق	
					الساعة	التاريخ
1	RFQ-H-11774	Plasma Bipolar Device – Lease System	مجاناً	2025/01/21م	PM 03:00	2025/01/27م

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .

على الراغبين بالحصول على نسخة العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 / مبنى الإدارة أو عبر الإيميل Tender3@najah.edu وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية .

للاستفسار يرجى الاتصال على:

لأية إستفسارات أخرى يرجى مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم 2331471- 970-09+ تحويلة 6400 / فاكس: 2389685- 970-9+ .

مستشفى النجاح الوطني الجامعي