

التاريخ : 04/05/2025 م

طرح عطاء رقم - RFQ-H-11810

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : Tissue Processor ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء .
3. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
4. أن يكون الجهاز المعروض جديداً وليس مجدداً .
5. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
6. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر مع تحميلكم فروق الأسعار .
7. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
8. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
9. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
10. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
11. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
12. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
13. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
14. آخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الاثنين الموافق 2025-05-12 الساعة الثالثة عصراً 03:00 PM .
15. لاية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد المكاوي

التاريخ : 04/05/2025 م

طرح عطاء رقم - RFQ-H-11810


جدول الأسعار والكميات :

No	NNUH Code	Item	QTY	Unit	CODE #	وكيل / موزع	مدة التوريد	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDD00204	Tissue Processor	1	Pcs					
-	Total Price (NIS)								

يرجى تعبئة الجدول التالي مع ضرورة الختم على جميع أوراق عرض السعر.

1	إسم الشركة
2	الختم
3	التوقيع والإسم
4	معلومات الإتصال
5	مدة التوريد
6	مدة الكفالة إن وجدت

• المواصفات الفنية





Tissue processor, Qty.: 1	Compliance Yes/No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should have CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Should has ISO 13485 certification for medical devices		
IVD certificate		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Tissue processor Specification:		
State of the art technology, the latest version, and the best technology from the manufacturer		
Capacity & Throughput:		
Cassette Capacity: around 200 cassettes		
No. of Reagent Stations: around 12		
No. of Wax Baths: around 3		
Processing Flexibility:		
Programmable Protocols		
Delay Start/End		
Rapid Processing Option		
Vacuum & Pressure Cycles		
Is the reagents and paraffin solution an open or closed system?		
Temperature Control:		
Processing reagents: 35 to 60°C		
Wax Bath Temp. Range: 50–70 °C (±1 °C stability)		
Retort/Reagent Heating		
Safety Features:		
Fume Extraction/Filtration		
Reagent Leak Detection		
Door Lock/Emergency Stop		
Power Failure Recovery: Auto-resume ensures cycle completion		
User Interface & Data		
Touchscreen Operation		
USB/Data Export		
Reagent Management System		
Maintenance & Design:		



Easy Cleaning Features: Drawer wax baths, spill trays for convenience		
Component Accessibility: Modular design eases maintenance		
Size:		
Bench-Top or stand alone		
Please outline the disposables or solutions required for operating the device, and provide a list of these items along with their prices		
AC input: 220V, 50Hz		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Training included:		
Operation training for the staff must be provided on-site		
Optional to be priced separately:		
List price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		

Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the machine.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates and ISO 13485 certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		

Warranty: 3 years, including the calibration, software upgrade, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.		
Preventive maintenance should be done as per the manufacturer's recommendations, all parts including PM kits to be replaced during the warranty period will be the responsibility of the supplier to provide on his own account. A schedule of the PM visits should be submitted to the hospital biomedical engineering dep.		
Hardware (service) keys, software passwords, website account or any means needed to grant the hospital engineer full access to all service functionalities are the right of the hospital and should be delivered with the equipment, and should as well be valid throughout the whole lifetime of machine.		



طرح عطاء

يعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم **RFQ-H-11810** ، على الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض اسعارها في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 2025/05/12 م الساعة الثانية عصرًا 03:00 pm .

#	رقم العطاء	موضوع العطاء	ثمن نسخة العطاء	موعد الطرح	وقت الإغلاق	
					التاريخ	الساعة
1	<u>RFQ-H-11810</u>	Tissue Processor	مجانيًا	2025/05/04	2025/05/12	P.M 15:00

ب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .

الراغبين بالحصول على نسخة العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 / مبنى الإدارة أو عبر الإيميل Tender3@najah.edu وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية .

منفسر يرجى الاتصال على :

استفسارات أخرى يرجى مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم 2331471 -970-09 تحويله 6400 / فاكس: +970-9-2389685 .